

照会物品一覧

2020年9月17日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額(円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の 際の、修 理の必要 性の有無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事項
ダイヤラップAce	ML-160A	H22.10.13	1	台	1,080,954	1,080,954	奈良県 大和郡山 市	傷なし	修理は不 要	取説あり	特になし
サーマルアレイコーダ	WR300-8	H22.10.7	1	台	686,070	686,070	奈良県 大和郡山 市	傷なし	修理は不 要	取説あり	使用に際しては、校正が 必要な可能性あり。
ユニバーサルレコーダー	EDX-100A-2H	H22.10.18	1	台	1,155,000	1,155,000	奈良県 大和郡山 市	傷なし	修理は不 要	取説あり	使用に際しては、校正が 必要な可能性あり。
高速DNA 解析装置	PyroMark Q96 ID	H23.3.31	1	台	17,008,372	17,008,372	奈良県 橿原市	傷なし	修理は不 要	取扱説明 書なし	なし
リアルサーフェスビュー顕微 鏡	(株)キーエンス社製 VE-9800	H19.9.20	1	台	9,240,000	9,240,000	大阪府 東大阪市	傷あり	修理不能	取説あり	長期間の使用により、近年 故障が増えており、このた び修理不能の故障となっ た。

照会物品一覧

2020年9月17日現在

デジタルイメージングパッケージ	(株)キーエンス社製	H20.6.27	1	台	5,775,000	5,775,000	大阪府 東大阪市	傷あり	修理不能	取説あり	長期間の使用により、近年故障が増えており、このたび修理不能の故障となった。PCやプリンタなど附属機器のバージョンも古く、修理が不能の状態である。
高感度ビデオカメラ	(株)ナックイメージテクノロジー MEMRECAM fxRX-6	H17.1.13	1	台	6,258,000	6,258,000	大阪府 茨木市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
レーザーライン検出法用照明光源	イェナオプティクス レーザダイオード ジャパン(株) JDLD-210-CAXF-6A 808	H17.12.15	1	台	5,302,500	5,302,500	大阪府 茨木市	傷あり	修理が必要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
データ収集システム	CD615350	H20.12.12	1	台	1,065,750	1,065,750	大阪府 豊中市	傷なし	修理は不要	取説あり	長期間の使用により多少の汚れあり
マルチファンクションスイッチ	34980A	H20.12.12	1	台	475,230	475,230	大阪府 豊中市	傷なし	修理は不要	取説あり	特になし

照会物品一覧

2020年9月17日現在

データ記録型オシロスコープ	8861-50,9715- 2,8956,8960,9718- 50,9729,9321-01	H20.12.12	1	台	2,504,250	2,504,250	大阪府 豊中市	傷なし	修理が必要	取説あり	電源は入るが、画面が表示されないため修理が必要
状態認識エンジン評価システム	NR-500,NR- ST04,GD384AV-ASRL	H21.1.28	1	台	560,385	560,385	大阪府 豊中市	傷なし	修理は不要	取説なし	使用に際しては初期化、再設定が必要
高速液体クロマトグラフ	島津製作所製LC- 2010AHT、Lcsolution ワークステーションPC セット、プリンタ	H17.11.22	1	台	4,183,042	4,183,042	大阪府 箕面市	傷あり	修理が必要	取説あり	<ul style="list-style-type: none"> ・送液ポンプに問題あり。現状稼働はするがいつ停止するか分からない。使用に際しては、メーカーにてメンテナンスが必要であるが、メーカーの部品保有期間が過ぎている為、今後修理できなくなる可能性がある。 ・液晶パネルの電池交換が必要であるが、交換はメーカーに依頼する必要がある。(ユーザーでの交換不可) ・PCのOSがwindows XPである為、アップデートできない。 ・取説については一部あるが、全て揃っているかどうかについては不明。