

照会物品一覧

2021年1月8日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
小型環境試験機	SU-221	H20.11.19	1	台	882,000	882,000	大阪市 中央区	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	槽内多少の汚れあ り。問題なく使用で きる状態。
多接点データ収集／スイッチユニッ ト	34970A	H20.11.20	1	式	407,197	407,197	大阪市 中央区	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	外観変色・汚れはあ るが、使用は問題な い状態。
攪拌・脱泡装置	ARE-310	H20.10.29	1	台	1,244,250	1,244,250	大阪市 中央区	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	長期間の使用により 外観変色・汚れある が、大きな傷はなく問 題なく使用可能。
デジタルマイクロスコープ	FS-2100(1720M1031)	H20.11.19	1	台	1,767,150	1,767,150	大阪市 中央区	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	カメラ部分故障、メー カーが倒産しており 修理対応不可。
卓上型CNCフライス加工機	XM-20PC (104008070005)	H20.11.29	1	台	989,606	989,606	大阪市 中央区	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	長期利用による経年 劣化が原因でモータ 故障、Y・Z軸方向へ のテーブル稼働は不 可。既にメーカーの 補修部品取り扱い終 了しており、修理不 可。

照会物品一覧

2021年1月8日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
デジタルオシロスコープ	WAVE PRO 7Zi	H20.11.28	1	台	4,820,550	4,820,550	大阪市 中央区	傷なし	修理が必要	取扱説明 書なし	WEBマニュアル 電源立ち上げ時に起 動不良発生。何度か 電源ONを繰り返すと 起動する。 また、MS-500接続し ていないとOS起動し ない、シャットダウ ンしても勝手に再起動 モードに移行する 等、動作不安定あ り。
ABB張力検出器	PFCL301E-0.2KN (SW07080058) (SW07080062) (SW08190053) (SW08190055) (SW08190058) (SW08190060) PFEA112-IP65 (3211005480) (3211005488) (3211005521)	H21.1.22	1	式	2,100,000	2,100,000	兵庫県 加西市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	外観汚れあるが、使 用上の問題なし。
テンションメータ	8ET 10350.26 10350.27 TM140D	H21.6.29	1	式	265,650	265,650	兵庫県 加西市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	外観汚れあるが、使 用上の問題なし。
ロールコータ装置	YS-0903-A03	H21.9.18	1	式	9,901,500	9,901,500	兵庫県 加西市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	長期間の使用により 外観汚れ、キズ・錆 あり。搬送時に駆動 モータから異音又は 振動発生、40m/min 以上の高速搬送する とフィルムが蛇行走 行してしまう等の経 年劣化によるものと 思われる問題あり。

照会物品一覧

2021年1月8日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
真空乾燥機	ADP300	H21.10.21	1	式	861,000	861,000	大阪市 中央区	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	槽内汚れあり。測定 温度と実際の槽内温 度が異なり、温 度センサ再校正必 要。 冷却タンクに若干の リークあり、真空引き 開始時に手動で加圧 する必要あり(グリス 塗布等で改善)。
ロールコータ装置改造	YS-0903-A03	H23.02.25	1	式	7,875,000	7,875,000	兵庫県 加西市	傷あり	修理が必要	取扱説明 書なし	長期間の使用により 外観汚れ、キズ・錆 あり。搬送時に駆動 モータから異音が生 じたり、40m/min以上 の高速搬送すると、 フィルムが蛇行走行 してしまう等の経年 劣化によるものと思 われる問題あり。
真空乾燥機改造	ADP300	H23.02.04	1	式	525,000	525,000	大阪市 中央区	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	槽内汚れあり。測定 温度と実際の槽内温 度が異なり、温 度センサ再校正必 要。 冷却タンクに若干の リークあり、真空引き 開始時に手動で加圧 する必要あり(グリス 塗布等で改善)。
スプレードライヤー	SD-1000	H16.12.8	1	台	2,152,500	2,152,500	大阪府 枚方市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書なし	通常に運転可能
遠心分離機	Suprema21NA-11 付属	H21.10.26	1	台	1,995,000	1,995,000	兵庫県 宍粟市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れがあ る。 ・使用に際しては、メ ンテナンスが必要。

照会物品一覧

2021年1月8日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説 明書の有 無	④使用上の注意事 項
超低温フリーザー	MDF-U384	H21.10.15	1	台	1,428,000	1,428,000	兵庫県 西宮市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書なし	・使用に際して、メン テナンスは不要であ るが、長期間の使用 により、腐食、汚れが ある。
ロータリーエバポレーター	N-3000	H21.12.22	1	式	2,625,000	2,625,000	愛知県 一宮市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	汚れあり 使用可能
振とう培養機	BR-300LF 00700726	H22.7.30	1	式	1,573,740	1,573,740	兵庫県 西宮市	傷あり	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れがあ る。 ・使用に際して、メン テナンスをすることが 望ましい。
二次電池充放電試験装置	宝泉(株)製BTS2004H型	H14.11.15	1	台	1,562,295	1,562,295	福井県 福井市	傷なし	修理が必要	取扱説明 書あり	・制御OSが WindowsXPであり、 更新、メンテなどに問 題あり。 ・信号取得用のコネ クター特殊で、メンテ が困難。 ・電源周辺のクリーン アップが必要。
VOC測定装置 (公定法)	日本サーモ(株) Model51C-HT	H20.1.11	1	式	3,777,900	3,777,900	滋賀県 甲賀市	傷なし	修理は不要	取扱説明 書あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れがあ る。 ・使用に際しては、メン テナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXP からアップデートして いないため、メンテ、 更新コストについて 問題あり。