

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事 項
全自動キューブアイスメーカー	IM-35M	H25.12.25	1	台	307,650	307,650	和歌山県和歌山市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	<ul style="list-style-type: none"> ・長期間の使用により、傷、腐食、汚れ、カビがある。 ・実験用で飲料用に使用しておらず飲料用メンテを行っていないため使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・稼働しているが耐用年数6年を過ぎている。
実験動物用吸入麻酔器	400Anaesthesia Unit	H23.11.7	1	台	526,575	526,575	鳥取県鳥取市	傷なし	修理は不要	取扱説明書あり	<ul style="list-style-type: none"> ・使用に際しては、麻酔用マスクのメンテナンスが必要。
DNAシーケンサー	AB3001	H23.9.28	1	台	5,229,000	5,229,000	兵庫県尼崎市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	<ul style="list-style-type: none"> ・継続使用のためには、主要部品であるレーザーとキャピラリーの取り換え、さらに専門的な機器調整を要する。 ・制御機器のOSがWindowsXPからアップデートしていないため、更新にコストを要する。
PHコントローラー	160890	H23.11.22	2	台	236,460	472,920	兵庫県尼崎市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	<ul style="list-style-type: none"> ・長期間の使用により、管体外側に一部腐食や汚れがある。 ・管体内側の電子基板に埃や汚れが付着しており、清掃とメンテナンスが必要。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
ポンプボックス	161070	H23.11.22	2	式	186,480	372,960	兵庫県尼崎市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、筐体外側に一部腐食や汚れがある。 ・ポンプ動作部品はプラスチックであるため、劣化が進んでおり交換もしくはメンテナンスが必要。
オートサンプラー	LA32	H23.9.13	2	台	756,000	1,512,000	兵庫県尼崎市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、筐体外側に腐食や汚れがある。 ・筐体内側の電子基板に埃や汚れが付着しており、清掃とメンテナンスが必要。
クロマトグラフ	LaChromElite	H24.7.26	1	式	2,990,400	2,990,400	兵庫県尼崎市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	・RI検出器のみ電源がつかない状態であり、メーカーによる修理を要する。 ・目立った傷は少ないものの、筐体外側がプラスチック製となっており、光劣化により変色している。 ・サンプル注入用のニードルやポンプ周辺のパッキンなど消耗部品の交換もしくはメンテナンスが必要。
デジタルマイクロスコープ	キーエンス VHX-500	H18.12.21	1	台	5,246,850	5,246,850	大阪府大東市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間使用し、汚れがある。 ・メーカー修理対応期間終了
イオンスライサー	日本電子 EM-O9001S	H19.2.28	1	台	12,600,000	12,600,000	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により汚れがある。 ・制御用PCのOSのバージョンが古いいため、更新コストについて問題あり。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事 項
減圧窒化装置	特注品	H20.1.26	1	式	15,408,750	15,408,750	滋賀県近江八幡市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	キズ、錆あり。使用に際しては相当な手直し、メンテナンスが必要。
コーティング炉	特注品	H20.2.6	1	式	1,995,000	1,995,000	大阪府大東市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・長期間使用し、汚れがある。
研磨機用装置	LAF03	H20.11.27	1	式	756,000	756,000	大阪府大東市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間使用し、汚れがある。
超小型高性能ズームレンズ	VH-Z20R	H20.8.1	1	式	917,070	917,070	大阪府大東市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・上記デジタルマイクロスコープVHX-500の付属品
コーティング炉蓋昇降装置	特注品	H21.1.14	1	式	525,000	525,000	大阪府大東市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・上記コーティング炉の付帯設備

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
切断機(クリンカット)	SKY3-04型	H20.10.24	1	式	802,200	802,200	滋賀県蒲生郡竜 王町	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の仕様によ り、腐食、損傷、汚 れがある。 ・使用に際しては、 どこかのタイミング でメンテナンスが必 要。
試料埋込機	P-4210	H21.2.9	1	式	577,500	577,500	滋賀県蒲生郡竜 王町	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の仕様によ り、腐食、損傷、汚 れがある。 ・使用に際しては、 どこかのタイミング でメンテナンスが必 要。
超音波洗浄機	US-100KS	H20.9.25	1	式	1,169,700	1,169,700	滋賀県蒲生郡竜 王町	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の仕様によ り、腐食、汚れがあ る。 ・使用に際しては、 どこかのタイミング でメンテナンスが必 要。
埋込機(ラピットプレス)	MPB-321	H20.11.27	1	式	661,500	661,500	滋賀県近江八幡 市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	長期間の使用の為 キズや汚れはあり。 問題なく使用でき る。
研磨機(リファインポリッシャー)	PRO-124K	H20.11.27	1	式	315,000	315,000	滋賀県近江八幡 市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	長期間の使用の為 キズや汚れはあり。 問題なく使用でき る。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事 項
超音波洗浄機	VS-04RD	H20.10.24	1	式	462,000	462,000	滋賀県近江八幡市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	長期間の使用の為キズや汚れはあり。問題なく使用できる。
減圧窒化装置	改造	H20.11.27	1	式	708,750	708,750	滋賀県近江八幡市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	キズ、錆あり。使用に際しては相当な手直し、メンテナンスが必要。
攪拌・脱泡ミキサー	ACM-5LVT	H23.2.25	1	台	1,362,900	1,362,900	大阪府東大阪市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	・長期間の使用により、腐食、汚れが有る。 ・真空、脱泡の気密度が落ちており、メンテナンスが必要。
塗装ブース	BB-20D	H23.3.3	1	台	1,109,325	1,109,325	大阪府東大阪市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、腐食、汚れが有る。 ・工場に備え付け装置の為排気ダクト設置は自費で行う必要がある。 ・フィルターのパッフル板交換に多額の費用が必要。また、解体費用も必要となる。
塗装装置	E-XP2	H23.1.18	1	台	3,494,400	3,494,400	大阪府東大阪市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	・長期間の使用により、腐食、汚れが有る。 ・油圧ポンプからオイル漏れが出ており、メンテナンス費用の問題あり。 ・設置ホース長が実験室用の為短く、屋外での汎用性は良くない。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
フリーズドライヤー	VD-250R	H23.3.3	1	台	582,120	582,120	大阪府東大阪市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、腐食、汚れが有る。 ・比較的に老朽化は少ない様で修理は不要。
デジケータ	DO-1000	H23.3.3	1	台	210,630	210,630	大阪府東大阪市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、腐食、汚れが有る。 ・特に、各種薬品による腐食の多い部所が有る為、美観には問題あり。
顕微鏡用冷却加熱装置	10013L	H22.12.28	1	台	5,017,950	5,017,950	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取扱説明書 あり	・長期間の使用により、腐食、汚れが多くある。 ・使用に際しては、温度の校正など、かなりのメンテナンスが必要。
ピーリング剥離試験機	MX2-500N-L	H23.11.9	1	台	924,000	924,000	大阪府東大阪市	傷あり	修理が必要	取扱説明書 あり	・長期間の使用の為、傷、汚れがあり又、計測値の精度確認の為、公的計試験機関に出す必要有り。 ・測定精度の維持のための費用に問題が有る。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
テーバー式摩耗試験機	特注品	H23.11.9	1	台	1,071,000	1,071,000	大阪府東大阪市	傷あり	修理が必要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により 全面分解修理が 必要。 ・特注仕様の為、稼 働には別途集塵機 が必要。 ・摩耗輪の摩耗と、 予備の摩耗輪は無 く、これらの維持とメ ンテナンスコストに 問題あり。
真空ポンプ	GCD-136X	H23.11.9	1	台	229,320	229,320	大阪府東大阪市	傷あり	修理が必要	取扱説明書 なし	・長期間の使用によ り真空ポンプ内にウ レタン樹脂が入っ ており全面分解修 理が必要。 ・全体が塗料で汚 れている。 ・維持、補修メン テナンスコストに問 題あり。
粘度・粘弾性測定装置	RS6000	H23.10.4	1	台	8,786,400	8,786,400	滋賀県大津市	傷あり	修理が必要	取扱説明書 なし	・長期間の使用によ り、腐食、汚れが多 くある。 ・使用に際しては、 測定精度の校正な ど、かなりのメン テナンスが必要。 ・OSがWINDOWS7 からアップデートし ていないため、メン テ、更新コストにつ いて問題あり。
荷重-変位測定装置	Transducer	H23.10.17	1	台	686,700	686,700	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 あり	長期間の使用により 汚れがある。 使用に際してはメン テナンスが必要。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
非接触表面形状測定器	PF-60	H23.12.8	1	台	8,389,500	8,389,500	滋賀県近江八幡市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	腐食等は全くないが、使用していない期間が長い為、使用にはメンテナンスや動作確認は必要。
電子顕微鏡	JCM-6000	H24.8.30	1	台	5,197,500	5,197,500	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明書あり	・長期間の使用により汚れがある。 ・使用に際しては定期的なメンテナンスが必要。 ・制御用PCのOSのバージョンが古いため、更新コストについて問題あり。
モルダサム加熱式ポット炉	PT-18*24-MT II	H24.9.18	1	台	5,145,000	5,145,000	滋賀県近江八幡市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	長期間、放置していた為腐食があり、使用にはメンテナンスが必要。
ポット炉チンクロン処理	PT-18*24-MT II	H26.2.19	1	台	420,000	420,000	滋賀県近江八幡市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	長期間の使用により腐食があり、使用にはメンテナンスが必要。
画像処理装置-2	HG-88s	H19.12.6	1	式	1,321,457	1,321,457	兵庫県神戸市灘区	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	・長期間の使用により、汚れあり。 ・ノートPCは、OSがWindowsXPからアップデートしておらず、メンテコストに問題あり。 ・画像処理ボードは型が古く、利用可能なPCは販売していない。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
ステレオカメラ1	STH-DCSG-STOC	H20.1.26	1	式	508,116	508,116	兵庫県神戸市灘区	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、汚れあり。 ・使用に際しては、ドライバの対応OSが古いもののみである。
ステレオカメラ2	STH-DCSG-STOC	H20.1.26	1	式	508,116	508,116	兵庫県神戸市灘区	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、汚れあり。 ・使用に際しては、ドライバの対応OSが古いもののみである。
測域センサ	UHG-08LX	H20.11.7	1	台	262,500	262,500	兵庫県神戸市灘区	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、汚れあり。 ・使用に際しては、ドライバの対応OSが古いもののみである。
測域センサ	URG-04LX	H21.2.26	2	台	127,360	254,730	兵庫県神戸市灘区	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、汚れあり。 ・使用に際しては、ドライバの対応OSが古いもののみである。
ステレオカメラ	STOC-9CM-C/CS-C	H20.10.16	1	台	405,720	405,720	兵庫県神戸市灘区	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、汚れあり。 ・使用に際しては、ドライバの対応OSが古いもののみである。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事 項
充放電装置(コイン電池等用)	BST8-MA8CH	H25.11.29	1	台	394,779	394,779	京都府相楽郡精華町	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	使用年数は長いものの、特に注意せずに使用可能。
充放電装置(ラミネート電池等用)	BST8-38CH	H25.11.29	1	台	285,579	285,579	京都府相楽郡精華町	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	使用年数は長いものの、特に注意せずに使用可能。
IH加熱検討用ミニチュア容器	10% 3MPa、300℃	H15.11.21	1	台	611,100	611,100	大阪府大阪市住吉区	傷なし	修理が必要	取扱説明書なし	長期間メンテナンスを行っていない。
ALSバイオ冷凍冷蔵庫	朝日ライフサイエンス(株)社製 ALS-690F型	H14.10.31	1	台	272,213	272,213	大阪府池田市	傷あり	修理が必要	取扱説明書あり	・経年劣化による性能の劣化大。 ・使用に際しては、メンテナンス及び修理が必要。
フィルム物性測定装置(コスモ理研)	CR-2011	H15.12.17	1	台	1,050,000	1,050,000	大阪府堺市	傷あり	修理不能	取扱説明書なし	壊れているので、使用は不可能
走査型プローブ顕微鏡(日本ビーコ)	NanoScope IIIa-MM-TR04型	H16.9.10	1	台	12,600,000	12,600,000	大阪府堺市	傷あり	修理不能	取扱説明書なし	壊れていて、使用は不可能
テーブルトップ遠心機	久保田商事(株)製 5200本体、スイングローターST-720、ステルスバケット053-5820	H16.12.28	1	式	325,080	325,080	神戸市灘区	傷なし	修理が必要	取扱説明書なし	・使用不可の状態である

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事 項
レーザースキャン顕微鏡	カルツァイス社製 LAS5 PASCAL Vario Two RGB	H15.10.31	1	式	16,499,700	16,499,700	神戸市灘区	傷なし	修理が必要	取扱説明書 なし	・使用不可の状態である ・性能が古く、更新コストに見合う活用が期待できない。
リアルタイムPCRシステム	ストラタジーンジャパン社製 Mx3000P、制御・解析用PC、 データ解析用ソフト	H17.10.28	1	式	4137000	4137000	大阪府吹田市	傷あり	修理不能	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
高速冷却遠心機	トミー精工製 Suprema23	H18.9.4	1	式	1980300	1980300	大阪府吹田市	傷あり	修理不能	取扱説明書 なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。
振動式粘度計	CBC製 VM-10A-MH	H18.1.4	1	台	365715	365715	滋賀県長浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により汚れがある。 ・精度確認が必要。
振動式粘度計	CBC製 VM-18A-L	H18.2.14	1	台	365715	365715	滋賀県長浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により汚れがある。 ・精度確認が必要。
乾燥エア供給ユニット	アイ・エイ・シー製 P4-EAD	H17.12.26	1	台	246750	246750	滋賀県長浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用により汚れがある。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
ES加工ローラー	(特注品)	H17.12.28	1	式	1633800	1633800	滋賀県長浜市	傷あり	修理不能	取扱説明書 なし	・特殊品のため、使用 可能性が低い
全自動表面張力計	協和界面科学(株)製 CBVP- Z	H18.2.28	1	式	1564500	1564500	滋賀県長浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 あり	・長期間の使用によ り汚れがある。 ・精度確認が必要。
排気装置	ファンユニットH製	H18.3.6	1	台	360150	360150	滋賀県長浜市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用によ り汚れがある。
エレクトロスピンニング用厚み計測装 置	イマック製(特注品)	H18.11.17	1	台	735000	735000	滋賀県長浜市	傷なし	修理不能	取扱説明書 なし	・特殊品のため、使用 可能性が低い
溶媒回収用冷却トラップ	東京理化学器械製 UT-3000A他	H18.12.20	1	台	949200	949200	滋賀県長浜市	傷なし	修理は不要	取扱説明書 なし	・長期間の使用によ り汚れがある。
飛行船	フォックスコーポレーション社 製モーター HP-Z2213-24 受信機 NER-649S	H18.12.6	1	台	500,000	500,000	兵庫県神戸市灘 区	傷あり	修理が必要	取扱説明書 なし	・長期間の使用によ り、割れや汚れなど がある ・使用に際しては、 かなりメンテナンス が必要であり、コス トについて問題があ る

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
高圧ホモジナイザー	PA2K(ニロ・ソアビ社)	H21.11.12	1	台	3,150,000	3,150,000	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 あり	・長期間の使用によ り、腐食、汚れあり ・修理は不要と思わ れるが軽微な調整 は必要
乾燥・粉碎装置	JM-T	H21.12.24	1	式	5,800,000	5,800,000	兵庫県姫路市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 あり	使用により傷が生じ ているが作業自体 への影響は少ない。 作業間隔があくと錆 びなどにより直ちに 作業に取り掛かれな いので取り扱いには ノウハウが必要。
全有機体炭素分析計	TOC-VCSN H51214700034AE	H22.7.16	1	式	2,677,500	2,677,500	兵庫県姫路市	傷なし	修理は不要	取扱説明書 あり	・状態は良好ですぐ に分析利用が可能
抗酸化測定装置	BT-SIAFRTD 240981	H22.7.26	1	式	4,830,000	4,830,000	兵庫県姫路市	傷なし	修理は不要	取扱説明書 あり	付属のPCが故障 (保管)したため別の PCにてデーター出 力・解析を行う必要 あり。
ガスクロマトグラフ	GC-14BPF	H15.12.10	1	台	2963100	2963100	兵庫県姫路市	傷なし	修理が必要	取扱説明書 あり	・古い機種であるた め、一部、樹脂部分 が変色している。 ・使用に際しては、メ ンテナンスが必要。 ・電源は正常に入 る。

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意 事項
O2-CO2培養システム	3130	H20.11.20	1	台	1365000	1365000	京都府京都市下 京区	傷なし	修理は不要	取扱説明書 なし	特になし
振とう培養装置	タイテック(株)製 BR-43FL・MR	H20.9.16	2	台	845,250	1,690,500	兵庫県尼崎市	傷あり	修理は不要	取扱説明書 あり	・長期間の使用によ り、筐体の外部に傷 があり、内部に汚れ がある。 ・温調機能を発揮す るためのヒーター部 品に劣化があり、メ ンテナンスが必要。 ・振とう操作に必要 なベルトについても 交換などのメンテナ ンスが必要。
レーザーヘッド	Zygo社製 7702A レーザーヘッド6mm WIDE	H15.11.10	1	個	1,327,200	1,327,200	大阪府和泉市	傷なし	修理不能	取扱説明書 なし	長期間の使用によ り、レーザーの発振 出力が低下し、動作 が不安定になってい る。
西陣織インクジェット染色システム	SIP-100F	H20.10.6	1	式	12,600,000	12,600,000	京都府京都市下 京区	傷なし	修理は不要	取扱説明書 あり	使用不可能 インクの搬送経路が 破損し、ノズルヘッド にインクが供給され ずプリントできない。 業者のメンテナンス 対応も終了してお り、修理も不可能。
変角分光光度計	DDS-5000	H21.9.8	1	式	6,772,500	6,772,500	京都府京都市下 京区	傷なし	修理は不要	取扱説明書 あり	目立つ汚れ傷なし 使用可能
集塵機	CFA-215C	H21.9.25	1	台	299,250	299,250	京都府京都市下 京区	傷なし	修理は不要	取扱説明書 なし	目立つ汚れ傷なし 使用可能

照会物品一覧

2021年6月7日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価 (円) (税込み)	購入時金額 (円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有 無	②使用の際 の、修理の 必要性の有 無	③取扱説明 書の有無	④使用上の注意事 項
可燃性ガス分析装置	GC-2014AT	H21.8.7	1	式	1,417,500	1,417,500	滋賀県近江八幡市	傷なし	修理は不要	取扱説明書あり	長期間の使用により、腐食、汚れがある。
膜式メタン発酵実験装置	MBR-125-3	H21.10.7	1	式	8,400,000	8,400,000	滋賀県甲賀市	傷あり	修理が必要	取扱説明書なし	汚れ、腐食あり 使用に際してはメン テナンスが必要
バイオガス発生実験装置	MBF-250ME	H21.11.24	1	式	2,823,135	2,823,135	滋賀県大津市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	取扱いに際し、メン テナンスが必要
簡易ハウス	YHN-60	H21.10.7	1	式	834,750	834,750	滋賀県甲賀市	傷あり	修理は不要	取扱説明書なし	汚れ、腐食あり
元素分析装置	Thermo Finnigan製 分析元素:炭素、水素、窒 素、イオウ 測定精度:±0.3%以内 所用分析時間:10分以内 試料量:3mg、自動投入	H22.1.15	1	式	6,699,000	6,699,000	和歌山県和歌山 市	傷なし	修理が必要	取扱説明書あり	・密閉不良のため測 定不可 ・その他故障箇所多 数