

照会物品一覧

2023年7月14日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額(円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の必要性の有無	③取扱説明書の有無	④使用上の注意事項
ハイスルーブット光力学尿細胞診断装置	特注品	H23.8.22	1	式	32,265,450	32,265,450	京都府久世郡久御山町	傷あり	修理不能	取説あり	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWS XPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
自動遠心分離機	AC-3D	H23.7.21	1	式	10,353,000	10,353,000	京都府久世郡久御山町	傷あり	修理不能	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
CCD分光器・光ファイバー	BTC112E	H23.7.21	1	式	630,000	630,000	京都府久世郡久御山町	傷あり	修理不能	取説あり	・使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・OSがWINDOWSXPからアップデートしていないため、メンテ、更新コストについて問題あり。
リアルタイムPCR解析システム	CFX96 Touch	H.24.4.11	1	式	4,500,000	4,500,000	奈良県橿原市	傷なし	修理不能	取説あり	経年劣化により部品に歪みが生じているため測定不能
試料研磨装置	MS-3	H14.6.24	1	式	1,071,000	1,071,000	兵庫県赤穂郡上郡町	傷あり	修理が必要	取説なし	購入から20年が経過し、経年劣化による動作不良や傷がある状態だが、修理部品の調達が出来ないため。
分子量分布測定装置	Wyatt Technology製 DOWN-EOS型	H16.11.30	1	式	12,408,900	12,408,900	大阪府堺市	傷なし	修理は不要	取説なし	使用に際しては、メンテナンスが必要。 ・機器ががWINDOWS7でないと駆動しないので、メンテ、更新コストについて問題あり。

照会物品一覧

2023年7月14日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額(円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の必要性の有無	③取扱説明書の有無	④使用上の注意事項
クロマトデータ処理装置	ジーエルサイエンス ㈱製Accu Station	H16.12.28	1	式	1,213,800	1,213,800	兵庫県神戸市	傷なし	修理が必要	取説なし	使用不可の状態である
晶析用プログラム恒温循環装置	東京理化工機(株)製 PCC-7000(127920)	H17.7.28	1	式	696,150	696,150	群馬県桐生市天神町	傷あり	修理は不要	取説あり	・電源が200Vのため、設置に電源工が必要。
真空乾燥機	アズワン社製 1- 5833-02VD-400	H17.11.22	1	式	330,750	330,750	大阪府茨木市	傷あり	修理不能	取扱説明書なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・ドア開閉部のパーツが破損しており、完全にしめることができない。
マスクレス露光装置	ラムダビジョン製 LVMP-101	H18.3.23	1	式	6,195,000	6,195,000	京都市左京区下鴨半木町	傷なし	修理が必要	取説なし	光源ランプ周辺で非常に強い熱を発生する装置であるため電子回路の経年劣化が進行して損傷し、点灯不能になったと思われる。補修部品が既に存在せず修理は不能。
コロナ吸光グレーディングマイクロプレートリーダー	SH-1000LAB(㈱日立ハイテクノロジーズ SH-1000)	H20.7.18	1	式	2,371,950	2,371,950	兵庫県神戸市	傷なし	修理は不要	取説なし	PCとの接続ができない。 マイクロプレートを送風する部分の開閉がうまく開かないときがある。
遊星ボールミル(試作機)	SKF-04 特注型	H20.12.24	1	式	8,553,000	8,553,000	京都府京田辺市	傷なし	修理は不要	取説なし	状態は良好

照会物品一覧

2023年7月14日現在

物品名	仕様又は形式等	取得年月日	数量	単位	購入時単価(円) (税込み)	購入時金額(円) (税込み)	保管または 使用場所	国有物品の現状			
								①傷の有無	②使用の際の、修理の必要性の有無	③取扱説明書の有無	④使用上の注意事項
遊星ボールミルギャラクシー(特注型)	GOT-100 特注型(ポット無し)	H21.11.18	1	式	3,360,000	3,360,000	京都府京田辺市	傷なし	修理は不要	取説あり	状態は良好
UV-Vis分光光度計	UV-1700	H16.10.22	1	式	1,149,750	1,149,750	京都府京都市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
紫外可視検出器	ジーエルサイエンス 機製MU701s	H17.8.5	1	式	821,100	821,100	京都府京都市	傷なし	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。
超音波ホモジナイザー	BRANSON製 超音波ホモジナイザー(SONIFIER Model250 Advanced) 1台、専用スタンド1台、マイクロチップ1個	H22.11.2	1	式	828,450	828,450	京都府京都市	傷あり	修理は不要	取説なし	・長期間の使用により、腐食、汚れがある。 ・使用に際しては、メンテナンスが必要。